

Bratislava, 16. 03. 2021

**VEC**

**Referencia na používanie polymérovej dezinfekcie POLYMPT® UNIVERSAL**

Polymérový dezinfekčný prostriedok POLYMPT® UNIVERSAL používame pravidelne za účelom zlepšenia kvality hygienického zabezpečenia povrchov v zdravotníckom zariadení. Prípravok aplikujeme pomocou aplikátorov Victory Innovations® s patentovanou technológiou elektrostatického rozprašovania.

Týmto systémom pravidelne ošetrujeme všetky dotykové plochy v ambulanciách, čakárňach a ostatných exponovaných priestoroch v našej nemocnici. V priebehu doby používania sa POLYMPT® UNIVERSAL preukázal ako efektívna forma eliminácie odolných mikroorganizmov a splnil požiadavky na hygienické zabezpečenie v nemocničnom prostredí, čo dokladuje priložené vyhodnotenie sterov.

Polymérové dezinfekčné prostriedky nepoškodzujú žiadne materiály, a preto môžeme takúto formu dezinfekcie odporučiť ako účinný doplnok pri potrebe zamedzenia šírenia nebezpečných bakteriálnych kmeňov v zdravotníckych zariadeniach nielen počas pandémie.

Národný onkologický ústav  
Ing. Tomáš Alscher, MPH  
generálny riaditeľ

Národný onkologický ústav  
Ing. Tomáš Alscher, MPH  
generálny riaditeľ



NÁRODNÝ  
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Klenová 1  
833 10 Bratislava  
Slovenská republika

## Kultivačné výsledky laboratórneho vyšetrenia vzoriek z vonkajšieho prostredia

Oddelenie centrálnej sterilizácie, referát ochrany zdravia a hygieny

Odber vzoriek deň / hod.: 26.3.2019 / 16<sup>00</sup>

Oddelenie: Oddelenie radiačnej onkológie –ošetrovňa (po testovaní dezinfekčného prístroja Victory Innovations® a polymérovej dezinfekcie POLY UNIVERSAL)

Por. číslo	Druh odobratého materiálu / miesto odberu	Mikrobiologický nález
648	- klávesnica PC	Pôdy ostali sterilné
649	- stolička pri počítači	Pôdy ostali sterilné
650	- vyšetrovacie lôžko	Pôdy ostali sterilné
651	- pracovná doska	Pôdy ostali sterilné
652	- zdrav.pomôcky na pracovnej doske	Pôdy ostali sterilné
653	- sklená nádoba s masťami a vatové tyčinky	Pôdy ostali sterilné
654	- regál s jednorázovými zdrav.pomôckami	Pôdy ostali sterilné
655	- keramický obklad	Pôdy ostali sterilné
656	- vodovodná batéria	Pôdy ostali sterilné
657	- umývadlo	Pôdy ostali sterilné
658	- dávkovač dezinfekčných prostriedkov	Pôdy ostali sterilné
659	- sterilné zdravotnicke pomôcky	Pôdy ostali sterilné
660	- vnútro zásuvky so zdrav.pomôckami	Pôdy ostali sterilné
661	- podlaha	Pôdy ostali sterilné
662	- polica ideálky	Pôdy ostali sterilné
663	- odpadové koše + stojan	Staphylococcus species koag.negat. ojedinele
664	- radiátor	Pôdy ostali sterilné
665	- ventilačná mriežka	Pôdy ostali sterilné

Záver:

Odobraté vzorky **vyhoveli** hygienickým požiadavkám na nemocničné prostredie.

Vzorky odobrala: Monika Sáričková  
Verejný zdravotník

Vyhodnotenie vzoriek deň / podpis:  
29.3.2019

MUDr.Zuzana Fuchsbergerová  
Primár OCS  
Ústavný hygienik/